

認證編號：0742

實驗室主管：羅建盛

長度

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件 說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KA2003 卡尺 (數位式)	卡尺校正器 /MITUTOYO /515-555	自訂之游標卡尺校正 程序 (文件編號: OMPT-021)	0	mm	200	mm	外徑及內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
			0	mm	300	mm	外徑及內徑 (解析度: 0.01 mm)	0.02	mm
報告簽署人: 江明益; 連偉翔; 羅建盛									
KA2005 外徑測微器 (數位式)	塊規 /MITUTOYO /516-946 塊規 /LINKS	自訂之外徑測微器校 正程序 (文件編號: OMPT-023)	0	mm	25	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
			25	mm	50	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
			50	mm	75	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
			75	mm	100	mm	解析度: 0.001 mm	0.002	mm
報告簽署人: 江明益; 連偉翔; 羅建盛									

