

化學量

項目代碼/ 校正件	最高 工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小 不確定度	
	廠牌/型號		文件名稱 /編號	最小 範圍	單位	最大 範圍	單位	說明	數值
KI9004 環境試驗機 (鹽水噴霧 試驗)之 量筒	精密 電子天平 Sarorius/ ME215S	自訂之環境 試驗機 (鹽水噴霧 試驗部份) 校正程序 (文件編號: OMPT-151)	10	mL	200	mL	量筒 (玻璃、塑膠)	0.60	mL